



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14870 от 7 февраля 2022 г.

Срок действия до 9 сентября 2026 г.

Наименование типа средств измерений:

pH-метры МАРК-902

Производитель:

ООО «Взор», г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Документ на поверку:

ВР31.00.000РЭ «pH-метры МАРК-902. Руководство по эксплуатации»

Интервал времени между государственными поверками **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 07.02.2022 № 16

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Первый заместитель Председателя комитета



Д.П.Барташевич