



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.004.A № 67608

Срок действия до 24 октября 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Манометры цифровые ДМ5002М, ДМ5002Вн

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "Манотомь" (ОАО "Манотомь"), г. Томск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 68984-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
5Ш0.283.342 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2017 г. № 2247

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

..... 2017 г.

Серия СИ

№ 031309

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры цифровые ДМ5002М, ДМ5002Вн

Назначение средства измерений

Манометры цифровые ДМ5002М, ДМ5002Вн (в дальнейшем приборы) предназначены для измерения избыточного давления и (или) разряжения неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газов, пара, в т.ч. кислорода с отображением текущего значения давления на цифровом индикаторе, а также для их применения в качестве рабочих эталонов (разрядных) для поверки и калибровки рабочих средств измерений.

Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на преобразовании давления в электрический сигнал с помощью тензорезистивного преобразователя. Измеряемое давление с помощью электронной схемы преобразуется в цифровые показания на панели индикации и в аналоговый унифицированный выходной сигнал. Для работы в системах автоматического управления, контроля и регулирования производственных процессов приборы дополнительно имеют электрический унифицированный выходной сигнал, стандартный цифровой интерфейс, сигнализирующее устройство, а также являются многопредельными.

Прибор состоит из сенсора, блока электронного преобразователя и панели индикации.

Приборы выпускаются в следующих модификациях ДМ5002М-А, ДМ5002Вн-А, ДМ5002М-Б, ДМ5002Вн-Б, ДМ5002М-В, ДМ5002Вн-В, ДМ5002М-Г, ДМ5002Вн-Г, которые отличаются функциональным назначением:

ДМ5002М-А, ДМ5002Вн-А – цифровая индикация текущего значения давления;

ДМ5002М-Б, ДМ5002Вн-Б – цифровая индикация текущего значения давления с преобразованием в унифицированный токовый выходной сигнал;

ДМ5002М-В, ДМ5002Вн-В – цифровая индикация текущего значения давления и сигнализация отклонения контрольного параметра от установленных граничных значений;

ДМ5002М-Г, ДМ5002Вн-Г – цифровая индикация текущего значения давления с преобразованием в унифицированный токовый выходной сигнал давления и сигнализация отклонения контрольного параметра от установленных граничных значений.

Приборы могут быть изготовлены с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ) или светодиодным индикатором (СДИ).

Приборы ДМ5002М-А с ЖКИ могут быть изготовлены с автономным питанием (АП).

При выпуске из производства приборы настроены на верхний предел измерений, соответствующий коду сенсора. По требованию заказчика приборы могут быть настроены на любой другой предел измерений для данного кода сенсора или могут быть настроены на один диапазон измерений без возможности перенастройки на другие диапазоны измерений.

Сигнализирующее устройство приборов ДМ5002М-В, ДМ5002Вн-В, ДМ5002М-Г, ДМ5002Вн-Г по подключению внешних цепей имеет исполнения III, IV (базовое), V или VI по ГОСТ 2405-88.

Код заказа прибора:

DM5002 XX - X - X - XXX - X - XX XX - XX - XX - XXX - XXXXX - XX - XX - TU 4212-039-00225590-2003

условное обозначение прибора

класс безопасности (указывается только для эксплуатации на ОАЭ)

климатическое исполнение

код сенсора

верхний предел измерений с указанием единиц измерений

предел допускаемой основной приведенной погрешности

код выходного сигнала

тип индикаторного устройства

цифровой интерфейс

напряжение питания

функция фиксации максимального значения давления

обозначение технических условий

Общий вид приборов представлен на рисунке 1.



DM5002M

DM5002Bn

DM5002M-A ЖКИ АП

Рисунок 1 – Фотографии общего вида манометров цифровых DM5002M, DM5002Bn

Схема пломбирования от несанкционированного доступа внутрь прибора DM5002M приведена на рисунке 2.




Рисунок 2 - Схема пломбирования от несанкционированного доступа внутрь прибора DM5002M

Пломбирование приборов DM5002Bn не предусмотрено.

Программное обеспечение

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с ГОСТ Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные	Обозначение
Наименование программного обеспечения	DM5002_mnogop_31112011
Идентификационное наименование ПО	DM5002_mnogop_31112011.hex
Номер версии (идентификационный номер) ПО	31112011
Цифровой идентификатор программного обеспечения	6624000

Конструкция приборов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО приборов и измерительную информацию.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Основные метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение		
<p>Диапазоны измерений, МПа: избыточного давления</p> <p>избыточного давления-разрежения</p> <p>разрежения</p>	<p>от 0 до 0,016; от 0 до 0,025; от 0 до 0,04; от 0 до 0,06; от 0 до 0,063; от 0 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 0,63; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 6,3; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 63; от 0 до 100; от 0 до 160; от 0 до 250</p> <p>от -0,1 до +0,06; от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,53; от -0,1 до +0,9; от -0,1 до +1,5; от -0,1 до +2,4</p> <p>от -0,016 до 0; от -0,025 до 0; от -0,04 до 0; от -0,06 до 0; от -0,063 до 0; от -0,1 до 0</p>		
<p>Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (в диапазоне температур окружающей среды от +21 до +25 °С), % от диапазона измерений</p>	±0,06; ±0,1; ±0,15	±0,2; ±0,25	±0,5
<p>Пределы допускаемой основной приведенной погрешности токового выходного сигнала (в диапазоне температур окружающей среды от +21 до +25 °С), % от диапазона изменения токового выходного сигнала</p>	±0,2	±0,25	±0,5
<p>Пределы допускаемой основной приведенной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства* (для приборов ДМ5002М-В, ДМ5002Вн-В, ДМ5002М-Г, ДМ5002Вн-Г) (в диапазоне температур окружающей среды от +21 до +25 °С), % от диапазона измерений</p>	±0,25	±0,5	
<p>Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности показаний (срабатывания), вызванной отклонением температуры от нормальных условий (от +21 до +25 °С), % (от диапазона измерений)/10 °С</p>	0,2 предела допускаемой основной погрешности измерений (срабатывания)	0,3 предела допускаемой основной погрешности измерений (срабатывания) при температуре окружающего воздуха ниже -40 °С)	
<p>Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности токового выходного сигнала, вызванной отклонением температуры от нормальных условий (от +21 до +25 °С), % (от диапазона измерений)/10 °С</p>	0,15 предела допускаемой основной погрешности токового выходного сигнала	0,3 предела допускаемой основной погрешности токового выходного сигнала (при температуре окружающего воздуха ниже -40 °С)	
<p>Вариация показаний (срабатывания)</p>	0,6 предела допускаемой основной погрешности		
<p>Вариация токового выходного сигнала</p>	0,6 предела допускаемой основной погрешности токового выходного сигнала		
<p>Выходной сигнал, мА</p>	от 0 до 5	от 4 до 20	

Наименование характеристики	Значение	
Сопротивление нагрузки, не менее, кОм	2,5	0,6
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от 21 до 25 от 30 до 80 от 84,0 до 106,7	
* Погрешность срабатывания включает в себя погрешность измерений.		
Примечание 1 Диапазон измерений приборов равен диапазону показаний. 2 По требованию заказчика при выпуске из производства приборы могут быть проградуированы в любых единицах, допущенных к применению в РФ.		

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания, В ДМ5002М ДМ5002Вн ДМ5002М-А ЖКИ АП	от 22,80 до 25,20; от 35,28 до 36,72 от 22,80 до 25,20 3,75
Потребляемая мощность, не более, В·А ДМ5002М-А (ЖКИ), ДМ5002Вн-А (ЖКИ) ДМ5002М-А (СДИ), ДМ5002Вн-А (СДИ) ДМ5002М-Б (ЖКИ), ДМ5002Вн-Б (ЖКИ) ДМ5002М-Б (СДИ), ДМ5002Вн-Б (СДИ) ДМ5002М-В (ЖКИ), ДМ5002Вн-В (ЖКИ) ДМ5002М-В (СДИ), ДМ5002Вн-В (СДИ) ДМ5002М-Г (ЖКИ), ДМ5002Вн-Г (ЖКИ) ДМ5002М-Г (СДИ), ДМ5002Вн-Г (СДИ) ДМ5002М-А ЖКИ АП	0,6 1,5 1,3 3,5 2,5 3,5 3,5 4,2 0,04
Габаритные размеры, не более, мм ДМ5002М ДМ5002Вн	147×95×102 164,5×135,0×265,0
Масса, не более, кг ДМ5002М ДМ5002Вн	1,2 1,9
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С приборы с ЖКИ и климатическим исполнением УХЛ 3.1 приборы с СДИ и климатическим исполнением У2 приборы с СДИ и климатическим исполнением УХЛ 3.1 приборы с СДИ и климатическим исполнением Т3 - относительная влажность, не более, % приборы с климатическим исполнением УХЛ 3.1 приборы с климатическим исполнением У2 приборы с климатическим исполнением Т3 - атмосферное давление, кПа	от -10 до +50 от -55 до +70 от -10 до +70 от -10 до +70 98 (при температуре +25 °С) 100 (при температуре +25 °С) 98 (при температуре +35 °С) 84,0-106,7
Средний срок службы, лет	10
Средняя наработка на отказ, ч	100 000
Маркировка взрывозащиты (для приборов ДМ5002Вн)	1ExdIICT5

Знак утверждения типа

наносится на переднюю панель и на эксплуатационную документацию типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Прибор		1 шт. (в соответствии с заказом)
Паспорт	5Ш0.283.342ПС	1 шт. (для приборов ДМ5002М)
Паспорт	5Ш0.283.345ПС	1 шт. (для приборов ДМ5002Вн)
Руководство по эксплуатации	5Ш0.283.342РЭ	1 шт.
Методика поверки	5Ш0.283.342МП	1 шт.
РС4ТВ (розетка с кожухом)	АВО.364.047ТУ	1 шт. (для приборов ДМ5002М)
2РМД18КПН4Г5В1 (розетка с кожухом)	ГЕО.364.126ТУ	1 шт. (в соответствии с заказом для приборов ДМ5002М)
Заглушка кабельного ввода	5Ш9.310.003	1 шт. (для приборов ДМ5002Вн)
Кабель интерфейса	5Ш6.640.019СБ	1 шт. (для приборов ДМ5002М-А ЖКИ АП)
Аккумулятор типоразмера 18650		2 шт. (для приборов ДМ5002М-А ЖКИ АП)
Зарядное устройство для аккумулятора типоразмера 18650		1 шт. (для приборов ДМ5002М-А ЖКИ АП)
Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011		1 шт. (для приборов ДМ5002Вн)

При поставке партии приборов в один адрес допускается прилагать по одному экземпляру руководства по эксплуатации, методики поверки и сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 на каждые 10 шт., если иное количество не оговорено при заказе.

Поверка

осуществляется по документу 5Ш0.283.342МП «Манометры цифровые ДМ5002М, ДМ5002Вн. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 15.05.2017 г.

Основные средства поверки:

Рабочие эталоны 1-го и 2-го разряда по ГОСТ Р 8.802-2012 - манометры избыточного давления грузопоршневые МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-2500 (Регистрационный № 58794-14).

Рабочий эталон 1-го и 2-го разряда по ГОСТ Р 8.802-1012 - мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5 (Регистрационный № 1652-99).

Цифровой вольтметр Щ1516; (регистрационный номер 4969-75);

Магазин сопротивлений Р 4831; (регистрационный номер 48930-12);

Источник питания постоянного тока Б5-47 (регистрационный номер 5967-77).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки может наноситься на заднюю (для приборов модификации ДМ5002Вн – на боковую) поверхность корпуса, и/или на паспорт или на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам цифровым ДМ5002М, ДМ5002Вн

ГОСТ Р 8.802-2012 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 22520-85 Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия

ТУ 4212-039-00225590-2003 Манометры цифровые ДМ5002М, ДМ5002Вн. Технические условия

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Манотомь» (ОАО «Манотомь»)

ИНН 7021000501

Адрес: 634061, Россия, г. Томск, пр. Комсомольский, 62

Тел./факс: +7(3822) 44-26-28/+7(3822) 44-29-06

Web-сайт: www.manotom-tmz.ru

E-mail: priem@manotom-tmz.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел.: +7(495) 437-55-77, факс: +7(495) 437-56-66.

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.



С.С. Голубев

2017 г.

87